

	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UDELAR FICHA DE RELEVAMIENTO INFRESTRUCTURA CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA	RFO- Bqbf-001
	Fecha: agosto de 2022	Versión 1

DATOS GENERALES			
Ficha técnica No.	001	Responsable	Valeria Valez
Ubicación	BIOQUÍMICA Y BIOFÍSICA	Código ubicación	bqbf_rfo
NOMBRE	Escáner para Western Blots por quimioluminiscencia	Contacto	valeriavalez@odon.edu.uy
		Cantidad	1
Accesorios			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Marca	LI-COR modelo C-Digit				Año	2021
Estado funcional	En uso	Si	x	En desuso	Si	
		No			No	
Procedencia	Biriden SA					
Foto						
Aplicación o uso	Escáner digital de mesada para membranas y geles. Usa quimioluminiscencia.					

MANTENIMIENTO			
Año		Responsable	Valeria Valez
Periodicidad			
Calibración			
Observaciones			