

	<b>FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UDELAR</b>  <b>FICHA DE RELEVAMIENTO</b> <b>INFRESTRUCTURA CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA</b>	RFO- Bqbf-002
	<b>Fecha:</b> agosto de 2022	<b>Versión 1</b>

DATOS GENERALES			
Ficha técnica No.	002	Responsable	Rosana Amaral
Ubicación	BIOQUÍMICA Y BIOFÍSICA	Código ubicación	bqbf_rfo
NOMBRE	Lector de placas de ELISA	Contacto	reamaral@vera.com.uy
		Cantidad	1
Accesorios			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Marca	Labsystem multiscan MS MCC/340			Año	
Estado funcional	En uso	Si	x	En desuso	Si
		No			No
Procedencia	Se desconoce				
Foto					
Aplicación o uso	Lector de absorbancia placas de ELISA (96w) con varios filtros.				

MANTENIMIENTO			
Año		Responsable	Valeria Valez
Periodicidad			
Calibración			
Observaciones			