

	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UDELAR FICHA DE RELEVAMIENTO INFRESTRUCTURA CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA	RFO- Patomol-004
	Fecha: agosto de 2022	Versión 1

DATOS GENERALES			
Ficha técnica No.	004	Responsable	Dr. Ronell Bologna-Molina
Ubicación	Patología Molecular	Código ubicación	patomol_rfo
NOMBRE	Escáner de láminas histológicas	Contacto	ronellbologna@hotmail.com
		Cantidad	1
Accesorios			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	Motic Modelo: VM 3.0	Año	2019
Estado funcional	En uso	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
Procedencia	MOTIC		
Financiación	Proyectos de investigación		
Foto			
Aplicación o uso	Investigación y enseñanza		

MANTENIMIENTO			
Año	2021	Responsable	Motic/TANIREL
Periodicidad	anual		
Calibración	Requiere		
Observaciones			