


| | | |
|---|---|------------------|
|  | FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UDELAR FICHA DE RELEVAMIENTO INFRESTRUCTURA CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA | RFO- Bqbf-009 |
| | Fecha: agosto de 2022 | Versión 1 |

| DATOS GENERALES | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| Ficha técnica No. | 009 | Responsable | Valeria Valez |
| Ubicación | BIOQUÍMICA Y BIOFÍSICA | Código ubicación | bqbf_rfo |
| NOMBRE | Espectrofotómetro UV-Vis | Contacto | valeriavalez@odon.edu.uy |
| | | Cantidad | 1 |
| Accesorios | Termostatizador de celdas | | |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | |
|---------------------------|---|----|---|-----------|----|
| Marca | Shimadzu UV-160 | | | Año | |
| Estado funcional | En uso | Si | | En desuso | Si |
| | | No | x | | No |
| Procedencia | Se desconoce | | | | |
| Foto | | | | | |
| Aplicación o uso | Espectrofotómetro UV-Vis con termostatizador de celdas. Imprime tirillas de papel con los resultados. | | | | |

| MANTENIMIENTO | | | |
|---------------|---|-------------|---------------|
| Año | 2018 | Responsable | Valeria Valez |
| Periodicidad | | | |
| Calibración | | | |
| Observaciones | Fue calibrado comparando con otro equipo más nuevo. | | |