

	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UDELAR FICHA DE RELEVAMIENTO INFRESTRUCTURA CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA	RFO- Patomol-010
	Fecha: agosto de 2022	Versión 1

DATOS GENERALES			
Ficha técnica No.	010	Responsable	Dr. Ronell Bologna-Molina
Ubicación	Patología Molecular	Código ubicación	patomol_rfo
NOMBRE	Cabina de PCR	Contacto	ronellbologna@hotmail.com
		Cantidad	1
Accesorios			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	BLASOR Modelo: JS 997868	Año	2017
Estado funcional	En uso	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
Procedencia	TANIREL		
Financiación	Proyectos de investigación		
Foto			
Aplicación o uso	Investigación y enseñanza		

MANTENIMIENTO			
Año	2020	Responsable	TANIREL
Periodicidad	anual		
Calibración	No requiere		
Observaciones	Requiere lámpara UV cada 7500 horas de uso		